



**Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32**

Autorizovaný servis firmy LINET Želevčice

## Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ :  
Výrobce : LINET  
Zákazník : FN Olomouc, I. CHIR. KL.

Třída, kategorie : I  
Výrobní číslo : 18629  
D043294

### Prohlídka přístroje

|                        |                 |            |
|------------------------|-----------------|------------|
| Vizuální kontrola      | <u>ano</u>      | ne         |
| Kabely a příslušenství | <u>vyhovuje</u> | nevyhovuje |
| Test funkce            | <u>vyhovuje</u> | nevyhovuje |
| Zjištění závady        | <u>ano</u>      | <u>ne</u>  |
| Popis závad            |                 |            |

### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem  
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

|                                                      | Druh proudu :           | Naměřeno:                           | Povoleno :                       | Jednotka : |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Měření unikajících proudů přímou metodou nepřímou m. | Síťová-přístupná část   | 0,00                                | 1,00 I.tř. , 0,50 II.tř          | mA         |
|                                                      | Síťová-příložná část    |                                     | 0,5 B,BF, 0,05 CF                | mA         |
|                                                      | Přístupná-příložná část |                                     | 5,00 B,BF, 0,05 CF<br>0,1 defib. | mA         |
| Měření odporu ochranného vodiče                      |                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,3                              | Ohm        |

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 946094 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466  
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 13.12.2006

Datum příští kontroly : 2007

Měření provedl : ing. LUKAŠ MURIE

**Chironax, spol. s r.o.**  
 Servisní oddělení  
Mlýnská 42  
658 32 Brno

*Murie*