

ISO

9001-2001

obnovit = vložil (přehodil) 12/06

HOSPIMED

DODAVATEL ZDRAVOTNICKÉ
A GASTRONOMICKÉ TECHNIKY

www.hospimed.cz

Malešická 2251/51 130 00 Praha 3

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

Odsávací elektrická

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům I 019 693
§ 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění
(připraveno na vložení - přehodněno)

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
II. CHIR. K. ODD. 37

Přístroj Odsávačka

Typ ATTOPORT 350

Výrobní číslo 20601501/2001-09 11019693-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test ovládacích tlačítek
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrola nastavení
Bezpečnostní test - měření		


Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,33 mA	max. 1 mA
	Příložná část	— mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,16 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr):

Parametry přístroje odpovídají – neodpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – není plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Surgicase-20	v.č.	9910CE165 Z0904

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	27.11.2006
Datum další dop. kontroly	12/2007