

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1853

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6

775 Olomouc

Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

IČO 00098892

Objednávka zákazníka: DIS0702751

Ref. číslo dodavatele: 20070313

Periodická kontrola PZT dle
zák. č. 346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle
zák. č. 346/2003 Sb. § 52



Oxymetr pulzní

typ BCI 3301

výr. číslo 340061783

výrobce BCI-USA

roku uvedení 1994

inv. číslo D027656-000

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu NCH klin 36A

FN-14-18

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav %

Guma

80



Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č. SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50±2	80±2	L	-	☒
85±2	80±2	-	-	☒
100±2	80±2	H	-	☒
98±2	35±1	H	L	☒
98±2	250±5	H	H	☒
Alarmy				☐
Optická signalizace				☒
Zvuková signalizace				☐

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák. 346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: 18.12.2008 Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

14.12.2007 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

od 1991 poskytujeme služby v oblastech pulzní oximetrie, kapnometrie a monitorování vitálních funkcí

ALWIL Medical s.r.o., V Podháji 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel: 475 210 451 fax: 475 209 183

e-mail: info@alwilmedical.com, www.alwilmedical.com

Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485