

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0536**Zákazník**

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

Kontaktní osoba paní Ludvíková

IČO 00098892

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref.číslo dodavatele: 20050118

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28 ☐Ověření stavu PZT dle ☒

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

2024656

Oxymetr pulznítyp **BCI 3301**výr.číslo **340061783**výrobce **BCI-USA**

rok uvedení 1994

ref. číslo **FN-14-18**

elektrobezpečnost baterie

klasifikační třída II b

v provozu - NCH odd 36A

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení ☒2. Kontrola dokumentace ☒3. Kontrola vizuální ☒4. Kontrola baterií ☒5. Kontrola nastavení a kalibrace ☒6. Kontrola příslušenství ☒

Model

Výrobní číslo

Stav%

BCI 3044

0060913739

75

Kontrola funkčnosti**8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alarmy	
SpO2	p/min	SpO2	p/m
50+-2	80+-2	L	-
85+-2	80+-2	-	-
100-2	80+-2	H	-
98+-2	35+-1	H	L
98+-2	250+-5	H	H

Alarmy

Optická signalizace

Zvuková signalizace

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: 9.8.2007 Kontrola dle §28 do: 9.8.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

4.8.2005

Ivo Augsten

Kontrolu schválil

9.8.2005

Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.