

Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČO: 633 06 743 Dič: CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1 BTK – bezpečnostně technická kontrola		Datum: 07.03.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Revex profi Výrobní číslo: 7080136 Typ měřícího přístroje: RM 2050 Výrobní číslo: 4030274 Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:					
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů:							
Umístění spotřebiče: neurochirurgická JIP Druh spotřebiče: Matrace antidekubitní Nimbus II NB Třída ochrany : II (I, IIa, IIb, III) Typ/ zařazení: B, BF, CF Výrobce: Výrobní číslo: 151-012422 Inv. číslo: I 018373-000 Provozní zkouška: ano		Odpor ochranného vodiče: R_p ($I_p = 200$ mA) 0, Odpor ochranného vodiče: R_p ($I_p = 10$ A) 0, Izolační odpor R_{iso} ($U_p = 500$ V) 100 Proud ochranným vodičem přímá metoda : Proud ochranným vodičem nepřímá metoda : Dotykový proud přímá metoda: Dotykový proud rozdílová metoda: Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí: 0,073 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí: Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí: Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem: Napájecí napětí: 227 Napájecí proud: 0,2 Příkon: $\cos \varphi$:				Ω Ω MΩ mA mA mA mA mA mA mA mA V A W			
Stav přístroje: Mechan. poškození: ne Přívody: v pořádku Stav krytů: dobrý Protokol o poslední revizi: ne		Revize provedena s výsledkem: Vyhověl Bezp. tech. kontrola provedena s výsledkem: Vyhověl		Provéřovaný přístroj vyhovuje tech. předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č. 346/2003 sb. § 52 odst. 4.					
Příští revize (kontrola): za rok				Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik					