

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČO: 633 06 743 DIČ: CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1
BTK – bezpečnostně-technická kontrola

Datum: 07.03.2008
Jméno technika: Jan Skácel
Osobní číslo: 0559/2/04/R-EZ-E2/A
Typ měřičho přístroje: Revex profi
Výrobní číslo: 7080136
Typ měřičho přístroje: RM 2050
Výrobní číslo: 4030274
Typ měřičho přístroje:
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,
Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A).....0,
Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....
Dotykový proud přímá metoda:.....
Dotykový proud rozdílová metoda:.....
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,067
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....
Napájecí napětí:.....227
Napájecí proud:.....0,2
Příkon:.....
cos φ :.....


Ω
Ω
MΩ
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
A
W

Umístění spotřebiče:.....neurochirurgická JIP
Druh spotřebiče:.....Matrace antidekubitní Antidekubit
Třída ochrany :.....II.....(I,IIa,IIb,III)
Typ/ zařazení:.....B, BF, CF
Výrobce:.....
Výrobní číslo:.....198015462
Inv. číslo:.....I 019380-000
Provozní zkouška:.....ano
Stav přístroje:
Mechan. poškození:.....ne.....
Privody:.....v pořádku.....
Stav krytů:.....dobrý.....
Protokol o poslední revizi:.....ne.....

Revize provedena s výsledkem: Vyhověl
Bezpečnostně-technická kontrola provedena s výsledkem:
Vyhověl

Proveřovaný přístroj vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.

Příští revize (kontrola): za rok



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik