



PROTOKOL

AIR LIQUIDE

o prověření funkcí a technického stavu zdravotnického prostředku kontrolou
ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000Sb. (§28 resp. §52)

Vlastník:**Fakultní nemocnice Olomouc**

Ulice:

I.P.Pavlova 6

Město:

Olomouc

Oddělení:

Neurochirurgie JIP

PSČ:

775 20

Číslo objednávky: servisní smlouva

Číslo CSO:8691

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
M1275A	3313A01845	květen 2007	
78352C	3313A10733	květen 2007	§§
M1205A	3609A07180	květen 2007	
M1771A	CNA4002937	květen 2007	
M8002A	DE50407902	květen 2007	
M8002A	DE50407907	květen 2007	
M8002A	DE50407910	květen 2007	
M8002A	DE50407911	květen 2007	

Výše uvedené zdravotnické prostředky (a instalované moduly a příslušenství) byly prověřeny testy podle metodiky výrobce v příslušném servisním manuálu. Těmto testům

VYHOVĚLY a mohou být nadále používány k stanovenému účelu

§§Upozornění: jestliže nastane na tomto typu přístroje závada, není možno zaručit jeho úspěšnou opravu, protože přístroj je již mimo servisní podporu výrobce (nedostupnost některých náhradních dílů)

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno *Inq. Josef Vrána*

Datum 19.4.2006

podpis + razítko



S&T Plus S.F.O.

Novodvorská 994 (13)
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 505

S&T Plus & Co.

Novoborská 294
142 21 Praha 4
Česká republika
tel. +420 224 047 520
fax +420 224 047 549
e-mail: info@tri-plus.cz
www.tri-plus.cz

HVB Bank, Czech Republic a.s.
c. u. 49146 2482700 - CZK
c. u. 49146 0000000 - EUR
Swiftcode: BACXZPP

2570 150
 2570 150

Den zaptu
do obchodného registra
14. júna 1998
JUDr. C. Jozef (2478)
Mestský súd, Prešov