

firma: Hruška Zdeněk, Růžová 158, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63686121

Datum: 3.3.05

číslo protokolu: 003

Protokol o provedené technické kontrole zdravotnického prostředku

Název	kediční monitor	typ	2KH 220
výrobce	TESLA V.M.	rok výroby	1991
klinika	NCM	oddělení	GIP
výrobní číslo	1380418	inv. číslo	026542

Vizuální kontrola

kryt přístroje	OK
ovládací prvky	OK - všechny knoflíky sif. tlačítka
síťový přívod	OK - odizolován

Bezpečnostní elektrická zkouška

Un (V)	220	metoda:	izolační stav-náhradní měření
Pn (W)	70	přímé	síťová část
tř.ochrany	I/II	měření	příložná část
mat.přívodu	4x34/3x1,5	unikajících	příložná část
délka přívodu	1,5 m	proudů	přístupná část

$RZ < 0,1 \Omega$, $IR > 10 \text{ m}\Omega$, $R_{\text{sif. část}} < 0,01 \text{ m}\Omega$

Ověření technických parametrů

	naměřená hodnota	stanovená hodnota
kontrola napájecího zdroje +/- 15V	$\pm 14,9 \text{ V}$	$14-15 \text{ V}$
kontrola rychlosti stopy ekg 1 Hz	25 mm/s	25 mm/s $\pm 5\%$
měření tepové frekvence generátorem 1 Hz	62	60 $\pm 5\%$
měření amplitudy R-vlny generátorem 1 mV	31 mm	25-40 mm
kontrola alarmových mezí min/max	3/70	2-5, 4-103
test pulstachometru stimulačním impulsem	OK	LC 0120

Použité měřicí přístroje

Název	Typ	v.č.	číslo protokolu
kontrolní a revizní přístroj	Meditest 50	980333	01/09/24/001
monitorní tester	LCO 100	AD 0704	25/2004
digitální multimetr	HC-M 890 G	BH142XP04	01/12/04
posuvné měřítko	Somet Inox	-	
stopky	Slava	178062	

✓ Kontrolovaný přístroj splňuje technické parametry dané výrobcem knoflíky sif. tlačítka byla doplněna.

Kontrolovaný přístroj po odstranění závad splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj nesplňuje technické parametry dané výrobcem

HRUŠKA ZDENĚK
Výroba, instalace a opravy
el. strojů a přístrojů
Růžová 158 Valašské Meziříčí
IČO: 63686121
Vypracoval: Zdeněk Hruška

Doporučený termín příští kontroly: BŘEZEN 06