

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá

Ico: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL

o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

BTK – bezpečnostně technická kontrola

Datum:06.03.2008

Jméno technika : Jan Skácel

Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ měřícího přístroje: Revex profi

Výrobní číslo:7080136

Typ měřícího přístroje:RM 2050

Výrobní číslo:4030274

Typ měřícího přístroje:

Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Umístění spotřebiče:.....neurochirurgická JIP
Druh spotřebiče:.... Lůžko nemocniční Avantgard 1200

Třída ochrany :.....I.....(I,IIa,IIb,III)

Typ/ zařazení:.....B,BF,CF

Výrobce:.....Hill Room

Výrobní číslo:.....MRP000365261

Inv.číslo:.....I 022847-000

Provozní zkouška:.....ano

Stav přístroje:

Mechan.poškození:.....ne.....

Přívody:.....v pořádku.....

Stav krytů:.....dobrý.....

Protokol o poslední revizi:.....ne.....

Příští revize (kontrola):za rok

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče:

Rp (Ip = 200 mA).....0,119

Odpor ochranného vodiče:

Rp UΔ(Ip = 10 A).....0,13

Isolační odpor

R iso (Up= 500V).....100

Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....

Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....

Dotykový proud přímá metoda:.....

Dotykový proud rozdílová metoda:.....

Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,103

Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

s pomocným zdrojem:.....

Napájecí napětí:.....226

Napájecí proud:.....0,1

Příkon:.....

cos φ :.....

Revize provedena s výsledkem:Vyhověl

Bezpečnostně technická kontrola provedena s výsledkem:

Vyhověl

Proveřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž
byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle
zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik