

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČO: 633 06 743 DIČ: CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

BTk – bezpečnostně technická kontrola

Datum: 06.03.2008

Jméno technika: Jan Skácel

Osobní číslo: 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ měřícího přístroje: Revex profi

Výrobní číslo: 7080136

Typ měřícího přístroje: RM 2050

Výrobní číslo: 4030274

Typ měřícího přístroje:

Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,121

Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ (Ip = 10 A).....0,13

Isolační odpor R iso (Up = 500 V).....100

Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....

Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....

Dotykový proud přímá metoda :.....

Dotykový proud rozdílová metoda :.....

Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí :.....0,094

Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí :.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí :.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí :.....

s pomocným zdrojem :.....

Napájecí napětí :.....226

Napájecí proud :.....0,1

Příkon :.....

cos φ :.....

Revize provedena s výsledkem: Vyhověl


Bezpečnostně technická kontrola provedena s výsledkem:

Vyhověl

Proveřovaný přístroj vyhovuje technickým předpisům podle nichž
byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle
zákona č. 346/2003 Sb. § 52 odst. 4.

Stav přístroje:
Mechan. poškození:.....ne.....
Přívody:.....v pořádku.....
Stav krytí:.....dobrý.....
Protokol o poslední revizi:.....ne.....

Příští revize (kontrola): za rok



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik