

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**1580701**

Číslo protokolu


*Název přístroje***Century CC***Výrobní číslo přístroje***896-25A42-C***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***Ila***Umístění přístroje***Neurochirurgická JIP***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: 14/03/2007Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

3 2008

**DARTIN**
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 241 470 361
IČ: 49768781 • DIČ: CZ40703781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**1580702**
Číslo protokolu*Název přístroje***Avantguard 1200***Výrobní číslo přístroje***HRP000365263***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***IIa***Umístění přístroje***Neurochirurgická JIP***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: **14/03/2007**Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
3	2008

DARTIN
s.r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

Tel: 241 470 361

IČ: 40783781 • DIČ: CZ40783781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUČ
NEUROCHIRURGICKÁ UL. 11P

TECHNIK

PEVĚ O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

58-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

UVEDENÍ DO PROVOZU



MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA



PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PRECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
896-25442-C	LUČKO CENTURY CC (INV.Č 1846)	0,09 Ω	19,98 MΩ	0,07 mA	AN
HRPMD 365263	LUČKO AVANT GUARD (1583) (022845)	0,15 Ω	15,55 MΩ	0,10 mA	AN
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690, 200314.

DRUH PRÁCE

CC(42-C): PR, KONTROLA FCE, NEFUNKČNÍ MOTORCE, VADNÉ KONEKTORY,
DEMONSTRACE VADNÉHO, KONTROLA NOVÉHO, VOLNOSTI VLOŽENÍ BOČNÍ,
OPOTŘEBOVANÉ VLOŽENÍ, HORŠÍ STAV Z KOLEČEK, TECHNICKÝ STAV ODPovídá
MĚŘ. PŘÍSTROJE,
AVB(263): PR, KONTROLA FCE, POPRAVKA MEMBRÁNA DVL. PANELU, PŘI ZHORŠENÍ
VÝHEDNÍ,

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA Kč
1	453,-					2	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	453,-
SA 4463	KONEKTOR	2	1050,-	2010,-	CEST. NÁKLADY	
38184	KONEKTOR	1	834,-	834	VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	2844,-
					MĚŘ. IZ. STAVU	
					PR: CENTURY	
					PR: AVB	

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

89 FN OLOMOUC
301 Neurochirurgická klinika
063 Intenzivní péče ST6
přednosta
Prof. MUDr. Michael HOUBEK, CSc.

14.3.2014

DATUM A JMÉNO

RAZÍTKO A PODPIS

DATUM

PODPIS TECHNIKA

CELKEM V Kč
(BEZ DPH)