SORAL & HANZLIK s.r.o.
medical · dental

PROTOKOL
O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

Ev. 3. / 120522 – 000

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem

typ zařízení:	výrobní číslo:	nemocnice:
ALPHAXCELL	4003247	FN OLOMOUC – NEUR. KL. – JIP

popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty 1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	OK	OK
udržitelný tlak čerpadla /průtok/ Měřeno DIGIMAN 2160-07	v normě	MAX 78,8 mmHg MIN 18,2	MAX 78,6 mmHg MIN 18,0 mmHg
čas přepnutí při tlakování	v normě	10)	10)
alarm tlaku	v normě	OK	OK
stav mechanických dílů	úměrný délce provozu		

Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce ..... 1 ..... hod.

Zkoušené zařízení: odpovídá – ~~neodpovídá~~ – TP a – vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – v provozu

Měření provedeno dne: 15/3/07 Příští kontrola do: 15/3/07

Technik: S & H KETTNEROVA 1940 155 00 PRAHA 5 ZNO: 006-40762882 -2-

Zákazník: 89 301 063 FN OLOMOUC Neurochirurgická klinika Intenzivní péče 5T6 přednosta Prof. MUDr. Michael HOUDEK, CSc.

Servisní technici: Luděk Plohák 603 274 051 Martin Kolář 605 356 981 Ing. Jiří Semecký 602 354 221

Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhazlik.cz

SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečník 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz