

[illegible]

3ET ZAVAD

**EVIDENČNÍ ČÍSLO:** 20050311

# PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230$ V $P_n = 100$ W                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TRÍDA OCHRANY: I                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SESTAVA:                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m))<br><input checked="" type="checkbox"/> přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce... <sup>2</sup> .....m<br><input type="checkbox"/> přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m                                                       |
| ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TRÍDY I): 009,2                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UNIKAJÍCÍ PROUD:                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> síťová část - přístupná část<br>$N = 0,02$ mA $U = 0,01$ mA $R = 0,09$ mA (max 1mA)<br><input checked="" type="checkbox"/> síťová část - příložná část<br>$N = 0,02$ mA $U = 0,04$ mA (max 0,5mA)<br><input checked="" type="checkbox"/> přístupná část - příložná část<br>$R = 0,01$ mA (max 0,5mA) |
| POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50                                                                                     | ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:                                                                                                   | vyhověl - <del>nevyhověl</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:                                                                                     | vyhověl - <del>nevyhověl</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ZÁVADY:                                                                                                                  | BEZ ZÁVAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb.<br>přístroj vyhovuje - <del>nevyhovuje</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TERMÍN PŘÍSTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 3/2006                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KONTROLU PROVEDL:                                                                                                        | <div><b>ALFAMEDIC v.o.s.</b><br/>Tř. 5. května 458<br/>373 72 Lišov<br/>IČ: 0200513008<br/>podpis</div>                                                                                                                                              |
| V LIŠOVĚ                                                                                                                 | DNE 10.3.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| POTVRZENÍ ORGANIZACE:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |