

[illegible]

**VÝSLEDEK KONTROLY:** BEZ ZÁVAD

**EVIDENČNÍ ČÍSLO:** 20050309

# PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

|                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 220$ V $P_n = 100$ W                                                                 |                                                                                     |
| TRÍDA OCHRANY: I                                                                                                         |                                                                                     |
| SESTAVA:                                                                                                                 |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                 | přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m))                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                      | přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce..... <u>2</u> .....m           |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                 | přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m                              |
| ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TRÍDY I): <u>909</u> <u>Ω</u>                                                 |                                                                                     |
| UNIKAJÍCÍ PROUD:                                                                                                         |                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                      | síťová část - přístupná část<br>$N = 0,02$ mA $U = 0,01$ mA $R = 0,96$ mA (max 1mA) |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                      | síťová část - příložná část<br>$N = 0,037$ mA $U = 0,016$ mA (max 0,5mA)            |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                      | přístupná část - příložná část<br>$R = 0,07$ mA (max 0,5mA)                         |
| POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324                                                            |                                                                                     |
| VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - <del>nevyhověl</del>                                                                    |                                                                                     |
| VYHOVĚL KONTROLÉ DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - <del>nevyhověl</del>                                                      |                                                                                     |
| ZÁVADY: <u>BĚZ ZÁVAD</u>                                                                                                 |                                                                                     |
| ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb.<br>přístroj vyhovuje - <del>nevyhovuje</del> |                                                                                     |
| TERMÍN PŘÍSTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>3/2006</u>                                                                          |                                                                                     |
| KONTROLU PROVEDL:                                                                                                        |                                                                                     |
| <u>V LIŠOVĚ</u>                                                                                                          | DNE <u>2.3.2007</u>                                                                 |
|                                      |                                                                                     |
| POTVRZENÍ ORGANIZACE:                                                                                                    |                                                                                     |