

[illegible]

VÝSLEDEK KONTROLY: BEZ ZÁVAD

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20060104

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$

TRÍDA OCHRANY: I

SESTAVA:

- ☐ přístroj měřen samostatně (nevypĺňuje se délka (m))
- ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce...2...m
- ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m

ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): 0,1 Ω

UNIKAJÍCÍ PROUD: ☒ síťová část - přístupná část
 $N = 0,02 \text{ mA}$ $U = 0,01 \text{ mA}$ $R = 0,06 \text{ mA (max 1mA)}$

☒ síťová část - příložná část
 $N = 0,031 \text{ mA}$ $U = 0,014 \text{ mA}$ (max 0,5mA)

☒ přístupná část - příložná část
 $R = 0,004 \text{ mA}$ (max 0,5mA)

POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50

ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324

VYHOVĚL ŽKOUŠCE CHODU:

vyhověl - ~~nevyhověl~~

VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:

vyhověl - ~~nevyhověl~~

ZÁVADY: BEZ ZÁVAD

ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb.
přístroj vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 3/2007

KONTROLU PROVEDL:

V OLOMOUCI

DNE

28.2.2006

Baus
podpis

POTVRZENÍ ORGANIZACE:

89
301
063
FN OLOMOUC
Neurochirurgická klinika
Intenzivní péče ST6
přednosta
Prof. MUDr. Michael HOUBEK, CSc.

Dr. Hrbek

ALFAMEDIC
Tl. 5. května 153
373 72 Lišov
DIČ. 020031308