

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

[illegible]

VÝSLEDEK KONTROLY: BEZ ZÁVAD.

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20050310

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230$ V $P_n = 100$ W	
TRÍDA OCHRANY: I	
SESTAVA: ☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....2.....m ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): 0,152	
UNIKAJÍCÍ PROUD: ☒ síťová část - přístupná část $N = 0,02$ mA $U = 0,02$ mA $R = 0,05$ mA (max 1mA) ☒ síťová část - příložná část $N = 0,042$ mA $U = 0,021$ mA (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příložná část $R = 0,01$ mA (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - nevyhověl	
ZÁVADY: BEZ ZÁVAD	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 3/2006	
KONTROLU PROVEDL: V LIPOVĚ DNE 10.3.2005	
 ALFAMEDIC v.o.s. Tř. 5. května 458 373 72 Lišov DIČ: CZ00513008 podpis	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	