


PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. §52 D027243 - 000

VÝSLEDEK KONTROLY: **VYHOVUJE - NEVYHOVUJE**

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY: 3/2008

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2007 0196

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TŘÍDA OCHRANY: I	
SESTAVA: ☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délcem ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délcem	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): 0,07 ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD: ☒ síťová část - přístupná část $N = 0,02 \text{ mA}$ $U = 0,01 \text{ mA}$ $R = 0,06 \text{ mA (max 1mA)}$ ☒ síťová část - příložná část $N = 0,032 \text{ mA}$ $U = 0,019 \text{ mA}$ (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příložná část $R = 0,005 \text{ mA}$ (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 3/2008	
KONTROLU PROVEDL: V LIŠOVĚ DNE 20.3.2007	
	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	