

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. §52

[illegible]

VÝSLEDEK KONTROLY:

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE


TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY:

4/2009

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

2000 324

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 220$ V $P_n = 100$ W	
TRÍDA OCHRANY: I	
SESTAVA: ☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce..... ² m ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): 306 ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD: ☒ síťová část - přístupná část N = 902 mA U = 001 mA R = 907 mA (max 1mA) ☒ síťová část - příložná část N = 9034 mA U = 0019 mA (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příložná část R = 9001 mA (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady: —	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 4/2009	
KONTROLU PROVEDL: V LIŠOVĚ DNE 7.4. 2008  podpis	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	