

[illegible]

BEZ ZAVAD

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20060106

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$

TRÍDA OCHRANY: I

SESTAVA: ☐ přístroj měřen samostatně (nevplňuje se délka (m))
☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....2.....m
☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m

ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): 0,1 Ω

UNIKAJÍCÍ PROUD: ☒ síťová část - přístupná část
 $N = 0,02 \text{ mA}$ $U = 0,01 \text{ mA}$ $R = 0,06 \text{ mA (max 1mA)}$
☒ síťová část - příločná část
 $N = 0,051 \text{ mA}$ $U = 0,014 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
☒ přístupná část - příločná část
 $R = 0,003 \text{ mA}$ (max 0,5mA)

POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324

VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - ~~nevyhověl~~

VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - ~~nevyhověl~~

ZÁVADY: BEZ ZÁVAD


ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb.
 přístroj vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

TERMÍN PŘÍSTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 3/2007

KONTROLU PROVEDL:

V OLOMOUCI

DNE 28.2.2006

ALFAMEDIC s.r.o.
 Tr. 5. května 45B
 373 72 Lišov
 IČO: 0300516008

 podpis

POTVRZENÍ ORGANIZACE:

89 FN OLOMOUC
 301 Neurochirurgická klinika
 063 Intenzivní péče 5T6
 přednosta
 Prof. MUDr. Michael HOUBEK, CSc.

