

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

[illegible]

VÝSLEDEK KONTROLY:

BEZ ZAJAD

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20050313

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE:

Un = 230 V

Pn = 100 W

TŘÍDA OCHRANY: I

SESTAVA:

☐

přístroj měřen samostatně (nevypĺňuje se délka (m))

☒

přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce 2 m

☐

přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délcem

ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I):

0,152

UNIKAJÍCÍ PROUD:

☒

síťová část - přístupná část

N = 0,09 mA

U = 0,02 mA

R = 0,05 mA (max 1mA)

☒

síťová část - příložná část

N = 0,02 mA

U = 0,029 mA

(max 0,5mA)

☒

přístupná část - příložná část

R = 0,01 mA

(max 0,5mA)

POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50

ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324

VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:

vyhověl - ~~nevyhověl~~

VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:

vyhověl - ~~nevyhověl~~

ZÁVADY:

BEZ ZÁVAD

ZÁVĚR:

BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb.
přístroj vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE:

3/2006

KONTROLU PROVEDL:

V LIŠOVĚ

DNE

10.3.2005



POTVRZENÍ ORGANIZACE: