

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH

PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. §52 D027245-000

NAZEV PŘÍSTROJE: VYHŘÍVANÝ NEBULIZÉR OH-95	VÝROBNÍ ČÍSLO: 92079
--	--------------------------------

MAJITEL PŘÍSTROJE:	FN OLOMOUČ	ODDĚLENÍ:
--------------------	------------	-----------

VYROBCE	ALFAMEDIC	ROK VYROBY:	1997
---------	-----------	-------------	------

TYPOVÉ OZNACENÍ:	Un (V)	In (A)	Pn (W)	TRÍDA OCHRANY:
OH-95	230		max. 100W	I typ B


[illegible]

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE

3/2008

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20070198

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: <u>I</u>	
SESTAVA:	☐ přístroj měřen samostatně (nevypĺňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce..... ² m ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): <u>907</u> ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD:	☒ síťová část - přístupná část $N = 0,02 \text{ mA}$ $U = 0,01 \text{ mA}$ $R = 0,06 \text{ mA (max 1mA)}$ ☒ síťová část - příločná část $N = 0,032 \text{ mA}$ $U = 0,017 \text{ mA}$ (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příločná část $R = 0,05 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50	ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:	vyhověl - nevyhověl
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:	vyhověl - nevyhověl
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMIN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>3/2008</u>	
KONTROLU PROVEDL: V LIŠOVĚ	 ALFAMEDIC s.r.o. Tr. 5. května 458 373 72 Lišov DIČ: CZ00513008 podpis
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	

DNE 20.3.2007