

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. §52

[illegible]

VÝSLEDEK KONTROLY:

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE


TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY:

4/2009

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

20080323

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: <u>I</u>	
SESTAVA:	☐ přístroj měřen samostatně (nevypĺňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce..... ² m ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): <u>906</u> ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD:	☒ síťová část - přístupná část $N = 0,02 \text{ mA}$ $U = 0,02 \text{ mA}$ $R = 906 \text{ mA (max 1mA)}$ ☒ síťová část - příložná část $N = 0,033 \text{ mA}$ $U = 0,019 \text{ mA}$ (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příložná část $R = 900 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50	ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:	vyhověl - nevyhověl
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95 :	vyhověl - nevyhověl
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍSTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>9/2009</u>	
KONTROLU PROVEDL: v <u>LÍPOVE</u> DNE <u>7.4.2008</u>  podpis	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	