

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. § 52

NÁZEV PŘÍSTROJE: OHŘÍVAČ INFUZNÍCH ROZTOKŮ IT-94			VÝROBNÍ ČÍSLO: 20040152		
MAJITEL PŘÍSTROJE: FN OLMOUC			ODDĚLENÍ: NEUROCHIR. KL. - JIP		
VÝROBCE ALFAMEDIC			ROK VÝROBY: 2004		
TYPOVÉ OZNAČENÍ: IT-94	Un (V) 21V ss	In (A)	Pn (W)	TRIDA OCHRANY: II	
				BEZ ZÁVAD	ZÁVADA
KONTROLA OHŘÍVAČE:					
KONTROLA PŘÍSTROJOVÉ KRABICE				✓	
KONTROLA TOPNÉHO TELES A KRYTU				✓	
KONTROLA PŘÍSTROJOVÉ SVORKY				✓	
KONTROLA FUNKCE				✓	
KONTROLA NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU:					
KONTROLA SÍTOVÉHO PRÍVODU				✓	
KONTROLA NAPÁJECÍHO PRÍVODU				✓	
KONTROLA FUNKCE				✓	

VÝSLEDEK KONTROLY:

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY:

4/2009

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

20040325

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 220$ V $P_n = 21$ W	
TRÍDA OCHRANY: II	
SESTAVA: ☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) ☐ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m ☒ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....2m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TRÍDY I): _____ ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD: ☒ síťová část - přístupná část $N = 0,00$ mA $U = 0,00$ mA $R = 0,06$ mA (max 1mA) ☒ síťová část - příložná část $N = 0,007$ mA $U = 0,002$ mA (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příložná část $R = 0,002$ mA (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 9/2009	
KONTROLU PROVEDL: V LITOVĚ DNE 7. 4. 2008	
 podpis	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	