

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1848

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

Objednávkazákazníka: DIS0702751

Ref.číslo dodavatele: 20070313

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

**Oxymetr pulzní**typ **BCI 3301**výr.číslo **270294156**

výrobce BCI-USA

rokuvedení 1997

inv.číslo **D027660-000**

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu NCHklin.JIP

FN-14-11

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav%

kalibrační

**Kontrola funkčnosti****8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č.8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	☒
85+2	80+2	-	-	☒
100-2	80+2	H	-	☒
98+2	35+1	H	L	☒
98+2	250+5	H	H	☒

Alarmy



Optická signalizace



Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

*Vyměnit vadné - víceko baterií a sensor SpO2***Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do: 18.12.2008 Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

14.12.2007 Ivo Augsten

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

P03