

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0529

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref. číslo dodavatele: 20050118

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Periodická kontrola PZT dle
zák. č.346/2003 Sb. § 28 ☐

Ověření stavu PZT dle
zák. č. 346/2003 Sb. § 52 ☒

D 027661

Oxymetr pulzní

typ **BCI 3301**

výr. číslo **270294157**

výrobce **BCI-USA**

rok uvedení **1997**

ref. číslo **FN-14-10**

elektrobezpečnost **baterie**

klasifikační třída **II b**

v provozu - **NCH JIP** ✓

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: **PP BCI 3301**

1. Kontrola označení ☒

2. Kontrola dokumentace ☒

3. Kontrola vizuální ☒

4. Kontrola baterií ☒

5. Kontrola nastavení a kalibrace ☒

6. Kontrola příslušenství ☒

Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

010010042

75

Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alarmy	
SpO2	p/min	SpO2	p/m
50+-2	80+-2	L	-
85+-2	80+-2	-	-
100-2	80+-2	H	-
98+-2	35+-1	H	L
98+-2	250+-5	H	H

Alarmy ☒

Optická signalizace ☒

Zvuková signalizace ☒

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: 9.8.2007 Kontrola dle §28 do: 9.8.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

4.8.2005

Ivo Augsten

9.8.2005

Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.