

**Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1847****Zákazník**

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

Objednávkačíslo: DIS0702751

Ref. číslo dodavatele: 20070313

Periodická kontrola PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

**Oxymetr pulzní**typ **BCI 3301**výr. číslo **270294157**výrobce **BCI-USA**roku uvedení **1997**inv. číslo **D027661-000**

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu **NCH klin. JIP****FN-14-10****Záznam o provedených kontrolách a měření**pracovní postup: **PP BCI 3301**

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

410010015

85

**Kontrola funkčnosti****8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č. S5039516

3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

| Simulace |       | Alarmy |       |
|----------|-------|--------|-------|
| SpO2     | p/min | SpO2   | p/min |
| 50±2     | 80±2  | L      | -     |
| 85±2     | 80±2  | -      | -     |
| 100±2    | 80±2  | H      | -     |
| 98±2     | 35±1  | H      | L     |
| 98±2     | 250±5 | H      | H     |



Alarmy



Optická signalizace



Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

*PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad***Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák. 346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do: 18.12.2008 Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

14.12.2007 Ivo Augsten

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

POH