

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2006/1666

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková Ivana

Objednávka zákazníka: DO 8834

Ref.číslo dodavatele: 20060269

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52



Oxymetr pulzní

typ **BCI 3301**

výr.číslo **330032234**

výrobce **BCI-USA**

rok uvedení **1993**

inv.číslo **D027658**

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu **NCH JIP**

FN-14-20

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: **PP BCI 3301**

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav%

BCI 3044

bez

75



Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

3420, Onyx-DL3000vč.8K011

Simulace		Alamy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+-2	80+-2	L	-	☒
85+-2	80+-2	-	-	☒
100-2	80+-2	H	-	☒
98+-2	35+-1	H	L	☒
98+-2	250+-5	H	H	☒

Alamy

Optická signalizace



Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 15.1.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

13.12.2006 Ivo Augsten

5.1.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.