

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1854

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

Objednávka číslo: DIS0702751

Ref. číslo dodavatele: 20070313

Periodická kontrola PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

**Oxymetr pulzní**typ **BCI 3301**výr. číslo **390412652**výrobce **BCI-USA**rokuvedení **2000**inv. číslo **D027662-000**

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu **NCHklin.JIP****FN-14-19****Záznam o provedených kontrolách a měření**pracovní postup: **PP BCI 3301**

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

010010043

80

**Kontrola funkčnosti****8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č. SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50±2	80±2	L	-	☒
85±2	80±2	-	-	☒
100±2	80±2	H	-	☒
98±2	35±1	H	L	☒
98±2	250±5	H	H	☒

Alarmy

Optická signalizace

Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

*PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad***Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák. 346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

14.12.2007 Ivo Augsten

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

PO-5