

D 0024665

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2006/1213

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: OND19584

Ref.číslo dodavatele: 20060224

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Periodická kontrola PZT dle
zák. č.346/2003 Sb. § 28

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Ověření stavu PZT dle
zák. č. 346/2003 Sb. § 52**Oxymetr pulzní**typ **BCI 3301**výr.číslo **460258583**

výrobce BCI-USA

rok uvedení 2000

inv.číslo **D027665**

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu NCH-JIP

FN-14-04**Záznam o provedených kontrolách a měření**

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství

**výměna senzoru SpO2**

Model

Výrobní číslo

Stav%

AL-01-090-KA

30616

100

**Kontrola funkčnosti****8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	☒
85+2	80+2	-	-	☒
100+2	80+2	H	-	☒
98+2	35+1	H	L	☒
98+2	250+5	H	H	☒
Alarmy				☒
Optická signalizace				☒
Zvuková signalizace				☒

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

*PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad***Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 26.11.2007 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

26.11.2006 Ivo Augsten

26.11.2006 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.