

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1843

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

Objednávkačíslo: DIS0702751

Ref.číslo dodavatele: 20070313

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52



Oxymetr pulzní

typ BCI 3304

výr.číslo 701593016

výrobce BCI-USA

rokuvedení 2001

inv.číslo D025466-000

elektrobezp. napáječ

třída PZT II b v provozu NCHklin.JIP

FN-14-03

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3304

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



Zdroj BCI 1612 R iz >99 MOhm měřeno na R277 v.č. V1-1262

5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

210010028

85



Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č.8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50±2	80±2	L	-	☒
85±2	80±2	-	-	☒
100±2	80±2	H	-	☒
98±2	35±1	H	L	☒
98±2	250±5	H	H	☒
Alarmy				☒
Optická signalizace				☒
Zvuková signalizace				☒

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

14.12.2007 Ivo Augsten

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

od 1991 poskytujeme služby v oblastech pulzní oximetrie, kapnometrie a monitorování vitálních funkcí

ALWIL Medical s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 451 fax: 475 209 183

e-mail: info@alwilmedical.com, www.alwilmedical.com

Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485