

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.
170 00 Praha 7, Letohradská 3/369
DIČ: 005-63983524
Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno
662 50 Brno, Ponávka 1
Tel: 545538301 Fax: 545538302
Mob.: 602144459

Protokol
o preventivní kontrole zdravotnického prostředku
dle zák. 123/2000 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|
| Poskytovatel | FN OLOMOUC | Typ zdravotnického prostředku | |
| adresa | NCH JIP | ventilátor plicní VEOLAR | |
| | | Rok výroby | |
| kontaktní | | Výrobní číslo | 1997 |
| osoba | | Provozní hodiny | 35732 |

FUNKČNOST

Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.
Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

BEZPEČNOST

Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

ZÁVĚR KONTROLY

Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, zdravotnický prostředek
je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.

Přístroje použité pro kalibrace a měření:
WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853
MEDITEST 50 SN: 204005

Kontrolu provedl: Ing. Karel Kellner
Kontrola provedena dne: 16.3.2007
Termín příští kontroly: březen 2008

Razítko a podpis
A.M.I.
Analytical Medical Instruments, s.r.o.
sídlo: Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7
provozovna: Ponávka 1, 662 50 Brno
tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855
IČO: 63983524, DIČ: CZ63983524