

Servis Brno
612 00 Brno, Palackého 77
Mob.: 602144459

Poskytovatel adresa kontaktní osoba	FN Olomouc NCH JIP tel.: tel.:	Typ zdravotnického prostředku Ventilátor plicní VEOLAR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Inv. číslo</td> <td>1017303-000</td> </tr> <tr> <td>Výrobní číslo</td> <td>1997</td> </tr> <tr> <td>Provozní hodiny</td> <td>38662</td> </tr> </table>	Inv. číslo	1017303-000	Výrobní číslo	1997	Provozní hodiny	38662
Inv. číslo	1017303-000							
Výrobní číslo	1997							
Provozní hodiny	38662							

FUNKČNOST

Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.

Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

BEZPEČNOST

Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

ZÁVĚR KONTROLY

Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, zdravotnický prostředek

je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.

Přístroje použité pro kalibrace a měření:

WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853

MEDITEST 50 SN: 204005

Kontrolu provedl: Kontrola provedena dne: Termín příští kontroly:	Ing. Karel Kellner 6.3.2008 březen 2009	Razítko a podpis A.M. I. Analytical Medical Instruments, s.r.o. pobočka: PALACKÉHO 77, 612 00 BRNO tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: CZ63983524 (16)
--	---	---