

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.
170 00 Praha 7, Letohradská 3/369
DIČ: 005-63983524
Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno
612 00 Brno, Palackého 77
Mob.: 602144459

Protokol
o preventivní kontrole zdravotnického prostředku
dle zák. 123/2000 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1

Poskytovatel adresa kontaktní _____ tel.: _____ osoba _____ tel.: _____	FN Olomouc NCH JIP	Typ zdravotnického prostředku Ventilátor plicní VEOLAR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;">Inv. číslo</td><td>1017302-000</td></tr><tr><td>Výrobní číslo</td><td>2469</td></tr><tr><td>Provozní hodiny</td><td>38549</td></tr></table>	Inv. číslo	1017302-000	Výrobní číslo	2469	Provozní hodiny	38549			
Inv. číslo	1017302-000										
Výrobní číslo	2469										
Provozní hodiny	38549										
FUNKČNOST Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku. Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.											
BEZPEČNOST Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.											
ZÁVĚR KONTROLY Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, zdravotnický prostředek je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.											
Přístroje použité pro kalibrace a měření: WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853 MEDITEST 50 SN: 204005											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">Kontrolu provedl:</td><td style="width: 30%;">Ing. Karel Kellner</td><td style="width: 40%; text-align: right;">Razítko a podpis A. M. I. Analytical Medical Instruments, s.r.o. pobočka: PALACKÉHO 77, 612 00 BRNO tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: CZ63983524 (16)</td></tr><tr><td>Kontrola provedena dne:</td><td>6.3.2008</td><td></td></tr><tr><td>Termín příští kontroly:</td><td>březen 2009</td><td></td></tr></table>			Kontrolu provedl:	Ing. Karel Kellner	Razítko a podpis A. M. I. Analytical Medical Instruments, s.r.o. pobočka: PALACKÉHO 77, 612 00 BRNO tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: CZ63983524 (16)	Kontrola provedena dne:	6.3.2008		Termín příští kontroly:	březen 2009	
Kontrolu provedl:	Ing. Karel Kellner	Razítko a podpis A. M. I. Analytical Medical Instruments, s.r.o. pobočka: PALACKÉHO 77, 612 00 BRNO tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: CZ63983524 (16)									
Kontrola provedena dne:	6.3.2008										
Termín příští kontroly:	březen 2009										