

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.
170 00 Praha 7, Letohradská 3/369
DIČ: 005-63983524
Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno
662 50 Brno, Ponávka 1
Tel: 545538301 Fax: 545538302
Mob.: 602144459

**Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle § 52,
odstavec 4, zákona č. 346/2003 Sb
(zákon o zdravotnických prostředcích)**

Poskytovatel adresa kontaktní osoba tel.: tel.:	FN Olomouc NCH JIP tel.: tel.:	Typ zdravotnického prostředku Ventilátor plicní Veolar Rok výroby Výrobní číslo 3273 Provozní hodiny 24807
Kontrola technických parametrů, kalibrací a ventilačních parametrů dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku. Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.		
Kontrola elektrické bezpečnosti dle EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.		
Slovní shodnocení stavu zdravotnického prostředku Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, Zdravotnický prostředek NESPLŇUJE podmínky § 52, odst. 4, zák. č. 346/2003 Sb a není bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a NENÍ jej možno dále používat pro poskytování zdravotní péče. Příští kontrola: březen 2007 PŘÍSTROJ NEVYHOVUJE		
Poznámka: opotřeбенý servoventil, pro další možné použití přístroje je nutná výměna serva		
Přístroje použité pro kalibrace a měření: WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853 MEDITEST 50 SN: 204005		
datum a podpis servisního technika: 20.3.2006 Ing. Karel Kellner IČO: 63983524, DIČ: CZ63983524		podpis zákazníka 4.4.2006 FN OLOMOUC Neurochirurgická klinika Intenzivní péče ST6 přednosta Prof. MUDr. Michael HOUBEK, CSc.