

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.

170 00 Praha 7, Letohradská 3/369

DIČ: 005-63983524

Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno

612 00 Brno, Palackého 77

Mob.: 602144459

Protokol

o preventivní kontrole zdravotnického prostředku dle zák. 123/2000 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1

Poskytovatel	FN Olomouc	Typ zdravotnického prostředku	
adresa	NCH JIP	Ventilátor plicní VEOLAR	
		Inv. číslo	1017854-000
kontaktní	tel.:	Výrobní číslo	3273
osoba	tel.:	Provozní hodiny	27948
FUNKČNOST			
Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.			
Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.			
BEZPEČNOST			
Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.			
ZÁVĚR KONTROLY			
Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, zdravotnický prostředek			
je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.			
Přístroje použité pro kalibrace a měření:			
WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853			
MEDITEST 50 SN: 204005			
Kontrolu provedl:	Ing. Karel Kellner	Razítko a podpis:	A. M. I.
Kontrola provedena dne:	6.3.2008	- Analytical Medical Instruments, s.r.o. pobočka: PALACKÉHO 77, 612 00 BRNO tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: CZ63983524 (16)	
Termín příští kontroly:	březen 2009		