

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.
170 00 Praha 7, Letohradská 3/369
DIČ: 005-63983524
Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno
662 50 Brno, Ponávka 1
Tel: 545538301 Fax: 545538302
Mob.: 602144459

**Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle § 52,
odstavec 4, zákona č. 346/2003 Sb
(zákon o zdravotnických prostředcích)**

Poskytovatel	FN Olomouc	Typ zdravotnického prostředku	
adresa	NCH JIP	Ventilátor plicní Veolar	
		Rok výroby	
kontaktní	tel.:	Výrobní číslo	3274 17853
osoba	tel.:	Provozní hodiny	26803

Kontrola technických parametrů, kalibrací a ventilačních parametrů dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.
Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

Kontrola elektrické bezpečnosti dle EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

Slovní shodnocení stavu zdravotnického prostředku

Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku,

Zdravotnický prostředek splňuje podmínky § 52, odst. 4, zák. č. 346/2003 Sb,
je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.

Příští kontrola: březen 2007

Přístroje použité pro kalibrace a měření:

WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853

MEDITEST 50 SN: 204005

datum a podpis servisního technika

20.3.2006
A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.
sídlo: Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7
výrobnar: Ponávka 1, 662 50 Brno
Ing. Karel Kellner
tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855
IČO: 63983524, DIČ: CZ63983524

podpis zákazníka

89
30
063
FN OLOMOUC
neurochirurgická klinika
intenzivní péče ST6
přednosta
Prof. MUDr. Michael HOUBEK, CSc.