

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.

170 00 Praha 7, Letohradská 3/369

DIČ: 005-63983524

Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno

662 50 Brno, Ponávka 1

Tel: 545538301 Fax: 545538302

Mob.: 602144459

Protokol

o preventivní kontrole zdravotnického prostředku dle zák. 123/2000 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1

Poskytovatel	FN OLOMOUC	Typ zdravotnického prostředku	
adresa	NCH JIP	ventilátor plicní VEOLAR	
		Rok výroby	
kontaktní	tel.:	Výrobní číslo	3274
osoba	tel.:	Provozní hodiny	30043
FUNKČNOST Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku. Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.			
BEZPEČNOST Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.			
ZÁVĚR KONTROLY Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, zdravotnický prostředek je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.			
Přístroje použité pro kalibrace a měření: WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853 MEDITEST 50 SN: 204005			
Kontrolu provedl:	Ing. Karel Kellner	Razítko a podpis	
Kontrola provedena dne:	16.3.2007	- Analytical Medical Instruments, s.r.o. sídlo: Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 provozovna: Ponávka 1, 662 50 Brno tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 IČO: 63983524, DIČ: CZ63983524	
Termín příští kontroly:	březen 2008		