

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 170 00 Praha 7, Letohradská 3/369
 DIČ: 005-63983524
 Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno
 662 50 Brno, Ponávka 1
 Tel: 545538301 Fax: 545538302
 Mob.: 602144459

**Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle § 52,
 odstavec 4, zákona č. 346/2003 Sb
 (zákon o zdravotnických prostředcích)**

Poskytovatel	FN Olomouc	Typ zdravotnického prostředku	
adresa	NCH JIP	Ventilátor plicní Veolar	
		Rok výroby	
kontaktní	tel.:	Výrobní číslo	3276 / 11435
osoba	tel.:	Provozní hodiny	28700

Kontrola technických parametrů, kalibrací a ventilačních parametrů dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.
Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

Kontrola elektrické bezpečnosti dle EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

Slovní shodnocení stavu zdravotnického prostředku
 Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku,
Zdravotnický prostředek splňuje podmínky § 52, odst. 4, zák. č. 346/2003 Sb,
je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.
Příští kontrola: březen 2007

Přístroje použité pro kalibrace a měření:
 WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853
 MEDITEST 50 SN: 204005

datum a podpis servisního technika AI. I. 20.3.2006 Ing. Karel Kellner - Analytical Medical Instruments, s.r.o. sídlo: Letohradská 3/369, 170 00 Praha provozovna: Ponávka 1, 662 50 Brno tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 IČO: 63983524, DIČ: CZ63983524	podpis zákazníka 4. 4. 2006 <table border="1"> <tr> <td>89</td> <td>FN OLOMOUC</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>Neurochirurgická klinika</td> </tr> <tr> <td>063</td> <td>intenzivní péče 5T6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>přednosta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prof. MUDr. Michael HOUBEK, CSc.</td> </tr> </table>	89	FN OLOMOUC	001	Neurochirurgická klinika	063	intenzivní péče 5T6		přednosta		Prof. MUDr. Michael HOUBEK, CSc.
89	FN OLOMOUC										
001	Neurochirurgická klinika										
063	intenzivní péče 5T6										
	přednosta										
	Prof. MUDr. Michael HOUBEK, CSc.										