

PROTOKOL Č: 083 / 2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO <i>004 406</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P. Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE <i>7.4.1994</i>		ODD. <i>NCH JIP</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>PRÁSKLÝ ZADNÍ KRYT</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50MΩ Rz 0,03 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		<i>12V 1,7Ah 159mA</i>
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOKLE</i>
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	<i>DOKLE</i>
Kalibrace :	± 5 % <i>15-125</i>	30, 50, <u>100</u> , <u>300</u> , 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVĚDA'</i>
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ <i>7-4</i>	<i>55 kPa</i>
Stav mechanických dílů		<i>DOKLE'</i>

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: *094/2005*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: *10-12-2005*

Termín další kontroly: *10.12.2007*

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal: **Fakultní nemocnice Olomouc**
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311 fax: 588 442 529

