

PROTOKOL Č: 084/2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO <i>019/406</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE <i>7.7.1994</i>		ODD. <i>NCH JIP</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>VADNÉ DIODY NA DISPLEJI</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri <i>5014 Ω</i> Rz <i>0,01 Ω</i> ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		<i>12V 1,4Ah / 79mA</i>
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOBŘE</i>
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBŘE</i>
Kalibrace :	± 5 % <i>15-125</i>	30, 50, <u>100</u> , <u>300</u> , 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVĚDA</i>
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ <i>7-0</i>	<i>75 kPa</i>
Stav mechanických dílů		<i>DOBŘE</i>

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 2 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: *098/2005*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 10-12-2005

Termín další kontroly: *10.12.2007*

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529