



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlanec 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 007/2007

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 393 606 I.Č. 1018036-000	INFUZNÍ PUMPA	NEMOCNICE: FN Olomouc
INSTALACE: 25.4.1997	ARCOMED VP 5000	I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
		ODD.: I. CHIR. JIP I

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘE
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,03 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		9,6V 17Ah / 100mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace:	± 5 % 15-125	100, 300, ML/HOD
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDÁ
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 4-4	60 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBŘE

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin.

Zak. list č.: 032/2007

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 07 -12- 2007

Termín další kontroly: 7.12. 2009

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlanec 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

[Signature]
Klinická nemocnice Olomouc
Ústav lékařské mechaniky
Násedník oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLMOUC
tel.: 585 443 125, fax: 585 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd. C, vložka 11688

Bankovní spojení **ČSOB Praha** č. účtu **576455083/0300**
IČO **45797803**
DIČ **CZ45797803**
Praha : Na Zatlanec 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt@medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895
Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
Www stránky: www.medicaltk.com