

PROTOKOL

o prověření funkcí a technického stavu zdravotnického prostředku kontrolou
ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000Sb. (§28 resp. §52)

Vlastník: Fakultní nemocnice Olomouc		Město: Olomouc
Ulice: I.P.Pavlova 6	PSČ: 775 20	Oddělení: Neurochirurgie
Číslo objednávky: DIS0801243		Číslo CSO: 12462

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
M4735A	US00233214	červen 2009	
M3046A	DE85012054	červen 2009	
M8002A	DE50407902	červen 2009	
M8002A	DE50407907	červen 2009	
M8002A	DE50407910	červen 2009	

Výše uvedené zdravotnické prostředky (a instalované moduly a příslušenství) byly prověřeny testy podle metodiky výrobce v příslušném servisním manuálu. Těmto testům

VYHOVĚLY a mohou být nadále používány k stanovenému účelu

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno Ing. Josef Vrána
Datum 27.5.2008
podpis + razítko



S&T
IT SOLUTIONS & SERVICES

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994 13
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 505

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 500
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@srt-plus.cz
www.srt-plus.cz

HVB Bank Czech Republic a.s.
č. úč. 49146 2462700 - CZK
č. úč. 49146 8662700 - EUR
Swiftcode: BACX CZPP

IC: 2570 1570
DIČ: CZ2570 1570

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1998
oddíl C, vložka 62470
Městský soud v Praze