

Lubomír Kotek
Brechtova 476
149 00 P4 Chodov
Tel: 603 83 85 82

Firma : AZX s.r.o
Švehlova 36
102 00 Praha 10

Zpráva o výchozí revizi
dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61
strana 1/1
Číslo revizní zprávy: 907

Zpráva o periodické revizi elektrického zařízení

dle ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000-6-61

Provozovatel: FN Olomouc

Adresa: I.P.Pavlova 6 77520 Olomouc

Pracoviště: JIP

Tel. :

Revizní technik: **Lubomír Kotek**

Ev.číslo : **0561/2/04/R-EZ-E2/A**

Zakázka číslo:

Revize byla zahájena dne: 21.12.2006

dokončena dne: 21.12.2006

Výkresové dokumentace byly předloženy a kontrolovány .

Zkoušený přístroj :

Pojízdný rtg přístroj (napájen pohyblivým přívodem 230V 50Hz ze zásuvkové sítě)

Název: SIAS Multidigit 9

Sér.číslo: 9604-2082-52 1996

Technické parametry :

230V 50Hz jednofázový vyhrazený obvod 16 A

Hlavní vypínač : ano (umístněn na přístroji)

Nouzové tlačítko STOP : ne

Naměřené hodnoty:

Unikající proud : 0,8 mA

Izolační odpor : \blacktriangleright 20 M Ω

Přechodové odpory (maximální naměřená hodnota) : 0,10 Ω

Při měření byly použity tyto přístroje:

typ: Meditest 50

typ: Eurotest 61557

Celkový posudek :

El. silové zařízení je schopné bezpečného provozu

Tato zpráva o revizi má 1 stranu. Počet vyhotovení : 3x

Rozdělovník: 2x uživatel , 1x revizní technik – záloha na CD

Datum příští revize: **prosinec 2007**

podpis provozovatele

