

REVIZE

DEFIBRILATOR
2005

Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje
Podle zák. 123 / 2000 sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95
K výkazu práce č.004400

Formed Valaš. Meziříčí

Datum a místo provedení kontroly	17.5.2005 Olomouc
Název a typ přístroje	Defibrilátor BPD 13
Výrobní číslo	UJ743 , nab.stojan UJ708
Inventární číslo	016093
Majitel přístroje	FN Olomouc
Umístění přístroje	Neurochirurgie - CT

Vzhledová kontrola	
- kryt přístroje	Vyhovuje
- ovládací prvky, klávesnice	Vyhovuje
- síťový přívod	Vyhovuje
- příslušenství	Vyhovuje

Kontrola funkce	
- kontrola testu při zapnutí přístroje	---
- kontrola funkce ovládacích prvků	Vyhovuje
- kontrola parametrů	Vyhovuje – nast.300 J,naměř.314 J
- kontrola ochrany a signalizace	Vyhovuje

Kontrola stavu akumulátoru	Vyhovuje - nový
-----------------------------------	-----------------

Kontrolní elektrická zkouška / tř.II.	Měřidlo: PU 184 v.č. 9689795
- odpor ochranného vodiče u př.tř. 1	---
- izolační stav přístroje	>20 MOhm
- unikající proud	0,01mA
- síťová. část – část přístupná dotyku	
- síťová část – příložná část	
- část přístupná dotyku – příložná část	

Závěrečné hodnocení	Přístroj vyhovuje normám ČSN 331500 a ČSN EN 60601
Datum a podpis technika	17.5.2005 Axmann Milan
Příští kontrola :	17.5.2006 

Energie měřena přístrojem DEC 02 inv.č. 24001,povol.tolerance parametru +/- 15%

FORMED spol. s r.o.
 Bludovice 103 ③
 741 01 NOVÝ JIČÍN