

REVIZE 2007

KONTROLNÍ PROTOKOL č.: 070402 ze dne: 11.4.2007

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku podle zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Antonín Pucek
 Žižkov 326
 783 45 Senice na Hané
 IČO: 48775550
 Tel.: 585 947 278

ČÍSLO OBJEDNÁVKY :

D08864

Zákazník: FN Olomouc		Název / typ přístroje Destilační přístroj / DE 60	
Umístění přístroje Neuchirurgie CS		Výrobní číslo/ rok výroby 71 049/ 1991	
Výrobce: CHIPANA	Země: ČR	Inventurní číslo: I 013 657-000	
Napětí: — V	Poh. přívod: ano/ne, délka — m	Příkon: — VA/W	Třída ochrany: I

Kontrolní bezpečnostně technická prohlídka (KBTP):

Byla provedena KBTP přístroje ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěr:

ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení, odzkoušení a posouzení splnění technických požadavků stanovených pro zdravotnický prostředek.
 Přístroj (JE / ~~NENÍ~~) plně funkční a (SCHOPEN / ~~NESCHOPEN~~) bezpečného provozu.

Samolepka o termínu příští kontroly vylepena: ano/ne*

Číslo doporučení ČES 33.03.95, k normám ČSN EN 60601-1

Elektrická bezpečnost – měření		
odpor ochr. vodiče	☐ vyhovuje	zjištěno: Ω
unikající proud	☐ vyhovuje	zjištěno: mA
přechodový odpor PA ¹⁾	☐ vyhovuje	zjištěno: Ω
izolační odpor	☐ vyhovuje	zjištěno: M Ω

Použitá měřidla

MEDITEST 50	ev. číslo	976 632
-------------	-----------	---------

Termín příští KBTP:

DUBEN 2008

Datum vystavení protokolu: 12.4.2007	Jméno technika: Piv R.	Razítko a podpis:  SELET Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané servisní oddělení
---	---------------------------	--

Protokol převzal dne:

počet příloh: —

¹⁾ neměří se ve všech případech