

REVIZE KOA MARTIN

BENDER GmbH & Co.KG
Unimet 1000 ST

1.9.2001

Typ/model MARTIN ME401
Identif. číslo ... FN Olomouc-neurochir
Výrobce MARTINmedt
Sériové číslo 0204 94 0089
Norma měření IEC601-1
Třída ochrany Třída I
Přiložená část ... Typ CF
Připojení pacienta 5
Jmenovité napětí . 230 V

Měření	Prahová hodnota		Výsledek
Odpor ochranného vodiče	#003	0.200	0.005 Ohm
PE měřicí proud	#083		> 30.0 A
Proud zátěží	#080		0.292 A
Provozní napětí	#081		237 V
Příkon	#082		0.069 kVA
Zemní unikající proud NC	#008	0.500	0.239 mA
Zemní unikající proud SFC	#010	1.000	0.469 mA
Unik.proud pac. NC DC	#223	0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. NC AC	#323	0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC DC	#225	0.050	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC AC	#325	0.050	0.004 mA
S přítomným sítovým napětím..	#033	0.050	0.011 mA
Pomocný proud pacientem NC DC	#235	0.010	< 0.001 mA
Pomocný proud pacientem NC AC	#335	0.010	< 0.001 mA
Pom. proud pacientem. SFC DC	#237	0.050	0.002 mA
Pom. proud pacientem. SFC AC	#337	0.050	< 0.001 mA

Poradí testovacích kroků
3, 83, 80, 81, 82, 7, 11, 12, 31, 33, 34, 223, 225, 229, 230, 235, 237
241, 242, 323, 325, 329, 330, 335, 337, 341, 342, 8, 32, 224, 226, 236
238, 324, 326, 336, 338, 9, 13, 227, 239, 327, 339, 10, 228, 240, 328
340

Výsledek testu: Test proveden

Datum 01.09.2001
Technik Ing. Josef Kovář
Podpis

Unimet 1000 ST Verze: 3.40 Sériové číslo: 0008053368



Ing. Josef KOVÁŘ
Havlenova 17, 639 00 Brno
tel./fax. 43247305
mobil: 0602 337 305
IČO: 105 43 627