


REVIZE
2008

PODPUŠKA

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: <u>I</u>	
SESTAVA:	
☐	přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m))
☒	přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m
☐	přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD:	
☒	síťová část - přístupná část $N = 900 \text{ mA}$ $U = 900 \text{ mA}$ $R = 906 \text{ mA (max 1mA)}$
☒	síťová část - příložná část $N = 900 \text{ mA}$ $U = 900 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
☒	přístupná část - příložná část $R = 900 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 3/2009	
KONTROLU PROVEDL:	
V LIŠOVĚ	DNE 13.3.2008  podpis
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	

Rakulínská nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

14-03-2008

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. § 27

NAZEV PŘÍSTROJE:		VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA RD-95		VÝROBNÍ ČÍSLO: Doz4943-000 9610T	
MAJITEL PŘÍSTROJE:		FN OLOMOUČ		ODDĚLENÍ: NEUR. KL.	
VÝROBCE:		ALFAMEDIC		ROK VÝROBY: 1996	
TYPOVÉ OZNACENÍ:		Un (V)	In (A)	Pn (W)	TRÍDA OCHRANY:
RD-95		230		100	II
				BEZ ZÁVAD	ZÁVADA
KONTROLA REGULÁTORU:					
KONTROLA PŘÍSTROJOVÉ KRABICE				✓	
KONTROLA NASTAVENÍ A FUNKCE DLE PŘÍPRAVKU				✓	
KONTROLA KONEKTORU				✓	
KONTROLA SÍŤOVÉHO PŘÍVODU				✓	
KONTROLA VYHŘÍVANÉ PODLOŽKY:					
KONTROLA ČIDLA DLE PŘÍPRAVKU				✓	
KONTROLA VEDENÍ TOPNÉHO DRÁTU				✓	
KONTROLA KONEKTORU				✓	
KONTROLA IZOLACE PŘÍVODNÍHO KABELU PODLOŽKY				✓	
KONTROLA POTAHU PODLOŽKY				✓	

VÝSLEDEK KONTROLY: vyhovuje - nevyhovuje

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY:

3/2009

EVIDENČNÍ ČÍSLO: