

REVIZE 2008 43

DOKLAD O REVIZI ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE		DATUM REVIZE	CELKOVÉ HODNOCENÍ
dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, doporučení ČES 33.03.95		7.3.2008	VYHOVUJE
SPOTŘEBIČ			
Druh spotřebiče:	mikro vrtačka	Třída ochrany:	I
Značka:	aesculap	Skupina:	
Typ:	GD855	Jmenovité napětí	230V
Výrobní číslo:	FK1941	Jmenovitý proud:	
Inventurní číslo:		Jmenovitý příkon	
Identifikační číslo:		Cos φ	
Umístění:		Počet fází:	1
		Délka přívodní šňůry:	3m
		Typ síťového přívodu	Pohyblivý
		Připojení k síti:	Odpojitelné
		Připojení k spotřebiči	Odpojitelné
PROHLÍDKA SPOTŘEBIČE / KONTROLA OZNAČENÍ		ZKOUŠKA CHODU	
Prohlídka provedena s výsledkem: VYHOVUJE		Zkouška provedena s výsledkem: VYHOVUJE	
Poznámky:		Poznámky:	
MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ SPOTŘEBIČE			
Odpor ochranného vodiče:	Rp (Ip=200mA) = 0,1Ω	Napájecí proud:	0,35A
Odpor ochranného vodiče:	UΔ (Ip=10A) = V	Příkon:	82VA
Izolační odpor	Riso (Up=250V) = >20MΩ	cos φ:	
Proud ochr. vodičem přímá met.	Iop = 0,02mA		
Proud ochr. vodičem nepřímá met.	Ion = 0,02mA		
Dotykový proud přímá met.	Iop = μA		
Dotykový proud rozdílová met.	Ion = mA		
Náhradní unikající proud:	Iu = mA		
Proud část síťová-příložná přím. met.:	Islp = 0,001mA	Poznámky:	
Náhraní proud část síťová-příložná :	Iosl = mA		
Náhraní proud část síťová-přístupná :	Iinst = mA		
Použité měřicí přístroje: MEDITEST 50 , v.č. 204009, Multimetr METEX M3860M, v.č. 926960			
CELKOVÉ HODNOCENÍ SPOTŘEBIČE			
Zařízení je v pořádku a je schopno bezpečného provozu			
Poznámky:			
ZÁKAZNÍK			
Firma:	Fakultní nemocnice Olomouc	IČO:	
Adresa:	I.P.Pavlova 6	DIČ:	
	775 20 Olomouc	tel:	
		fax:	
REVIZNÍ TECHNIK			
Revizi provedl a protokol vystavil:	Ing. Petr KŘENEK	Razítko revizního technika a podpis:	
Evidenční číslo:	4805/9/06 R-EZ-E4/A		
Adresa:	Horní 73, 700 30 Ostrava 3		
Datum vystavení protokolu:	7.3.2008		
Řádný termín příští revize:	7.3.2009		

