

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor hl.mechanika
I.P.Pavlova 6,775 20 Olomouc

Protokol o periodické kontrole a nastavení

Protokol číslo: 14/2005 ze dne: 30.11.2005

Na základě Vašeho požadavku obj.č. DO8523 jsme provedli kontrolu a nastavení zdravotnického prostředku

název a typ UltraPower neurochir.vrtačka

výrobce Linvatec USA

rok výroby 1996

výrobní číslo 2645

inventární číslo

hlavní technická data Vzduchová vrtačka,pzt třídy IIa

příslušenství nástavce,dvojitá hadice,nožní ovladač

Předmět přísluší

Operační sál,NCH

Při prohlídce provedené naším technikem Jan Hofman dne 30.11.2005 jsme přístroj zkontrolovali a nastavili dle servisních předpisů výrobce a zjistili jsme ,že přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu k němuž je určen.

Termín příští periodické prohlídky: 12/2006

Razítko a podpis odp.pracovníka



HSC Industry, spol.s r.o.,Gogolova 275/24,400 04 Trmice,IČO:25043382

fax: 47 5620299,tel: 47 5620808,e-mail:hsc@hscindustry.com

Výhradní autorizovaný servis zdravotnické techniky 3M, Linvatec, Terumo pro ČR