

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor hl.mechanika
I.P.Pavlova 6,775 20 Olomouc

Protokol o periodické kontrole a nastavení

Protokol číslo: 78/2007 ze dne: 28.12.2007

Na základě Vašeho požadavku obj.č. DIS0702777 jsme provedli kontrolu a nastavení zdravotnického prostředku

název a typ Ultrapower,7020-001

výrobce Linvatec USA

rok výroby 1996

výrobní číslo 2645/3843

inventární číslo I018493-000

hlavní technická data Vzduchová vysokoobrátková vrtačka,pzt třídy IIa

příslušenství nástavce,dvojitá hadice,nožní ovladač.

Předmět přísluší Operační sál ,NCH

Při prohlídce provedené naším technikem Jan Hofman dne 28.12.2007 jsme přístroj zkontrolovali a nastavili dle servisních předpisů výrobce a zjistili jsme ,že **přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu** k němuž je určen.

Termín příští periodické prohlídky: 12/2008

Razítko a podpis odp.pracovníka



HSC Industry, spol.s r.o.,Gogolova 275/24,400 04 Trmice,IČO:25043382

fax: 47 5620299,tel: 47 5620808,e-mail:hsc@hscindustry.com

Výhradní autorizovaný servis zdravotnické techniky 3M, Linvatec, Terumo pro ČR